



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Postępowanie przetargowe nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ ZESTAWU NARZĘDZI POMIAROWCH

Dla procedury udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 20 000 PLN.

*Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych,
jak również protestom i odwołaniom.*

Spis treści:

1. Wprowadzenie.
2. Opis przedmiotu zapytania.
3. Termin realizacji przedmiotu zapytania.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
5. Opis sposobu obliczenia ceny.
6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.
7. Termin i miejsce złożenia ofert.
8. Termin, miejsce i tryb otwarcia ofert.
9. Termin związania ofertą.
10. Zamknięcie postępowania.
11. Kryteria wyboru oferty.
12. Zawarcie umowy.
13. Informację dotyczące kontaktowania się z Zamawiającym.
14. Informacje dodatkowe.

1. Wprowadzenie.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn.zm.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

Słownik terminów używanych w Zapytaniu Ofertowym:

Zamawiający – Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408 Glinianka, KRS 0000014309 NIP 113-00-87-626, REGON 010660473.

ZO – Zapytanie Ofertowe.

Oferent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej biorąca udział w procedurze wyrobu Wykonawcy.

Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wybrana w procedurze wyrobu Wykonawcy.

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia.

Zestaw narzędzi pomiarowych wg poniższej specyfikacji:

a. Suwmiarki z wyświetlaczem LCD:

- Metryczne.
- Rozdzielczość 0,01mm
- Dokładność dla wymiarów < 200mm +/- 0,02mm, dla wymiarów > 200mm +/-0,03mm
- Szczęki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Głębokościomierz płaski.
- Wyświetlacz LCD, wysokość znaków min. 9mm.
- Wyposażone w indukcyjny enkoder.
- Odporne na zanieczyszczenia. Brud, olej woda nie może wpływać na sygnał detektora.
- Funkcja zerowania.
- Sygnalizacja niskiego napięcia.
- Etui
- Bateria

Zakres pomiarowy [mm]	Ilość [szt]
0-150	4
0-200	1
0-300	1

b. Suwmiarki z noniusem

- Metryczne.
- Podziałka 0,02mm.
- Szczęki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Głębokościomierz płaski.
- Skala główna i noniusza matowo chromowane.
- Etui

Zakres pomiarowy [mm]	Ilość [szt]	Dokładność [mm]
0-150	5	+/-0,03
0-450	3	+/-0,03
0-600	1	+/-0,04

c. Suwmiarka noniuszowa o długich szczękach – 1 sztuka.

- Metryczna.
- Zakres pomiarowy 0-500mm.
- Podziałka 0,02mm.
- Dokładność +/-0,06mm
- Długość szczęk 200mm.
- Precyzyjny dojazd.
- Pomiar wewnętrzny od 20mm
- Zaokrąglone powierzchnie szczęk do pomiarów wewnętrznych.
- Przesunięty górny noniusz, zapewniający bezpośredni odczyt wymiarów wewnętrznych.
- Etui

d. Mikrometry wewnętrzne

- Metryczne.
- Rozdzielczość 0,001mm
- Powierzchnie pomiarowe z węgla spiekanego, docierane
- Posuw wrzeciona min. 0,5mm / obrót bębna
- Bęben i tuleja matowo chromowane
- Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochrony min IP65)
- Funkcja zerowania.
- Auto-wyłączanie po okresie bezczynności.
- Funkcja Hold.
- Sygnalizacja niskiego napięcia.
- Etui
- Bateria

Zakres pomiarowy [mm]	Ilość [szt]	Dokładność [μ m]
5-30	1	+/-5
25-50	1	+/-6

e. Mikrometry zewnętrzne z wyświetlaczem LCD

- Metryczne.
- Rozdzielczość 0,001mm
- Powierzchnie pomiarowe z węgla spiekane, docierane
- Wrzeciono fi 6mm.
- Płaskość 0,3 μm
- Równoległość max 2 μm
- Mechanizm szybkiego posuwu wrzeciona 2mm / obrót bębna
- Końcówka pomiarowa – kulka, 1 sztuka.
- Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności min IP65)
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja zerowania.
- Auto-wyłączanie po okresie bezczynności.
- Funkcja Hold.
- Sygnalizacja niskiego napięcia.
- Etui
- Bateria

Zakres pomiarowy [mm]	Ilość [szt]	Dokładność [μm]
0-25	2	+/-1
25-50	2	+/-1
50-75	2	+/-1
75-100	2	+/-2

f. Głębokościomierz noniuszowy – 1 sztuka

- Metryczny
- Zakres pomiarowy 0-300mm.
- Podziałka 0,02mm.
- Dokładność +/-0,04mm
- Poprzeczka i powierzchnie pomiarowe hartowane, docierane

g. Wysokościomierz noniuszowy – 1 sztuka

- Metryczny
- Zakres pomiarowy 0-300mm.
- Podziałka 0,02mm.
- Dokładność +/-0,04mm
- Uchwyt końcówki traserskiej
- Węglkowa końcówka traserska, długość min. 80mm

h. Czujnik zegarowy – 1 sztuka

- Metryczny
- Zakres 20mm
- Podziałka 0,01mm
- Zakres na obrót 1mm
- Skala jednostronna 0-100

- Łożysko kamienne
 - Amortyzowana końcówka
 - Pierścień zewnętrzny min fi 57mm
 - Licznik obrotów
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności min IP65)
- i. Czujnik zegarowy – 1 sztuka
- Metryczny
 - Zakres 10mm
 - Podziałka 0,01mm
 - Zakres na obrót 1mm
 - Skala jednostronna 0-100
 - Łożysko kamienne
 - Amortyzowana końcówka
 - Pierścień zewnętrzny min fi 57mm
 - Niewspółosiowy licznik obrotów
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności min IP65)
- j. Czujnik zegarowy – 1 sztuka
- Metryczny
 - Zakres 5mm
 - Podziałka 0,01mm
 - Zakres na obrót 1mm
 - Skala jednostronna 0-100
 - Łożysko kamienne
 - Amortyzowana końcówka
 - Pierścień zewnętrzny min fi 57mm
 - Niewspółosiowy licznik obrotów
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności min IP65)
- k. Czujnik zegarowy – 1 sztuka
- Metryczny
 - Zakres 30mm
 - Podziałka 0,01mm
 - Zakres na obrót 1mm
 - Skala jednostronna 0-100
 - Łożysko kamienne
 - Amortyzowana końcówka
 - Pierścień zewnętrzny min fi 57mm
 - Współosiowy licznik obrotów
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności IP65)
- l. Czujnik elektroniczny – 2 sztuki
- Metryczny

- Zakres 12mm
 - Rozdzielczość 0,001mm
 - Dokładność 0,003mm
 - Zmiana kierunku zliczania
 - Wyświetlacz LCD, wysokość znaków min 6mm.
 - Przełączana orientacja wyświetlacza.
 - Funkcja HOLD.
 - Brak konieczności ustawiania punktu zerowego po każdorazowym przywróceniu zasilania czujnika
 - Bateria.
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności IP65)
- m. Oprzyrządowanie do czujników zegarowych i elektronicznych – 1 kpl.
- 6 zestawów końcówek pomiarowych. Końcówki metryczne, stalowe. W zestawie minimum 1 końcówka z kulką, 1 końcówka stożkowa, 1 końcówka igłowa.
 - 6 zestawów przedłużeń składających się z min 3 przedłużeń o wymiarach 25mm, 50mm, 100mm.
 - Poprzeczka dla czujnika.
 - Statyw pomiarowy z płytą granitową. Min. wysokość pomiaru 250mm. Min. powierzchnia podstawy 200x150mm. Płaskość płyty 3µm. Średnica kolumny min 30mm. Prostopadłość stolik – otwór tulei 0,2 µm/100mm.
 - Statyw pomiarowy z hartowanym stolikiem. Min. wysokość pomiaru 200mm. Min. powierzchnia podstawy 100x100mm. Prostopadłość stolik – otwór tulei 0,4 µm/100mm.
 - 4 statywy magnetyczne przegubowe z blokowaniem mechanicznym i precyzyjną regulacją. Siła przyciągania 750N. Promień pracy min. 280mm. Funkcja ON / OFF. Możliwość ustawienia czujnika w dowolnej pozycji ramienia.
- n. Macki do pomiarów wewnętrznych
- Podziałka 0,1mm
 - Dokładność 0,03mm.
 - Minimalny zasięg ramion 85mm.
 - Szerokość rowka min. 1,2mm
 - Końcówka pomiarowa – kulka węglkowa.
 - Odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności IP65)

Zakres pomiarowy [mm]	Ilość [szt]	Max. głębokość rowka [mm]
10-30	1	5
30-50	1	7
50-70	1	8

- o. Kątomierze uniwersalne noniuszowe
- Kątomierz uniwersalny wg specyfikacji – 4 sztuki.
Metryczny.
Podziałka 5'.
 - Podziałka tarczy 4x90°.
 - Szkło powiększające.
 - Etui.
 - Ramię 150mm 60° i 45° – 4 sztuki.
 - Ramię 300mm 60° i 45° – 2 sztuki.
 - Dodatkowy kątownik ostrokątny – 2 sztuki.
 - Uchwyt wysokościomierza z końcówką traserską – 1 sztuka.
- p. Kątomierz uniwersalny elektroniczny
- Metryczny.
 - Zakres od -360° do +360°.
 - Powtarzalność 1' (0,01°).
 - Rozdzielczość 1' (0,01°).
 - Max. dopuszczalny błąd 2' (0,03°).
 - Funkcja HOLD.
 - Funkcja zerowania.
 - Czytelny wyświetlacz.
 - Autowylączenie po okresie bezczynności.
 - Bateria.
 - Etui.
 - Ramię 300mm.
 - Blokada ramienia.
 - Uchwyt do mocowania kątomierza na wysokościomierzu i przyrządach traserskich.
- q. Szczelinomierz (grubościomierz) – 2 sztuki.
- Metryczny.
 - Listkowy.
 - Kalibrowany w dwóch punktach. Tolerancja wg DIN 2275.
 - Zakres pomiarowy 0,02-1mm.
 - Krok co 0,05mm
 - Ilość listków 20szt.
 - Materiał stal lub mosiądz.
 - Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku.
- r. Sprawdzian do gwintów – 2 sztuki.
- Metryczno - calowy.
 - Min. 52 sztuki listków.
 - Stal nierdzewna.
 - Wzorniki metryczne. Zakres 0,25 – 6,0mm.

- Wzorniki calowe. Zakres min 25G -65G.

s. Promieniomierze

- Metryczny.
- Listkowy.
- Stal nierdzewna.
- Wzorniki wklęsłe i wypukłe.

Zakres [mm]	Ilość	Skok
1-7	2	0,25mm dla 1-3mm; 0,5mm dla 3-7mm
7,5-15	2	0,5mm
15,5-25	2	0,5mm dla 15,5-20mm; 1mm dla 20-25mm

t. Kątownik

- Kąt 90°
- Dokładność wg DIN 875
- Stal nierdzewna
- Hartowane i precyzyjnie szlifowane krawędzie

Wymiary [mm]	Ilość	Wykonanie	Klasa
200x130	1	Ostrokrawędziowe	00
200x130	1	Klasyczne	0
150x100	1	Ostrokrawędziowe	00
150x100	1	Klasyczne	0
100x70	1	Ostrokrawędziowe	00

u. Liniał

- Stalowy
- Krawędzie pomiarowe hartowane, szlifowane i precyzyjnie docierane
- Dokładność wg DIN 874
- Ścięcie 60°
- Opakowanie - drewniana skrzynka

Długość [mm]	Ilość
500	2
300	1

v. Waga laboratoryjna stołowa

- Zakres min. 0-2000g
- Wyświetlacz LCD
- Dokładność odczytu 0,01g
- Liniowość 0,3g

- Powtarzalność 0,3g
- Wymiary szalki min. fi 150mm
- Funkcja tarowania
- Czas ważenia max 3s
- Możliwość zasilania akumulatorem lub bateriami

Instrukcje obsługi do wszystkich powyższych narzędzi z punktów od a. do v. są w języku polskim.

W przypadku urządzeń elektronicznych, nazwy funkcji, opis przycisków i komunikaty na wyświetlaczach są w języku polskim lub angielskim.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin wykonania zamówienia (dostawy): grudzień 2016

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę składa się mailowo bądź w formie pisemnej.
3. Jakiegokolwiek odstępstwa od wyżej wymienionej specyfikacji narzędzi należy wyraźnie zaznaczyć w ofercie jako - „PRODUKT ZASTĘPCZY” i wyszczególnić zmienione cechy w tabeli oraz załączyć kartę charakterystyki.
4. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

7. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.

Warunki wymagane od Dostawców:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
- c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- j) Dostawców, którzy:
- Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

8. Termin i miejsce złożenia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.11.2016, drogą mailową na adres s.sedek@marcato.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408.

9. Termin rozpatrzenia ofert.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 09.12.2016. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania Dostawcę złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamknięcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Marcato Sp. z o.o.

12. Kryteria wyboru oferty.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert	Waga
Cena Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia. Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: $\text{cena najniższej oferty} / \text{cena badanej oferty} * 30\text{pkt}$	30%
Termin realizacji zamówienia [dni] Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: $\text{najkrótszy termin realizacji spośród ocenianych} / \text{termin realizacji badanej oferty} * 20 \text{ pkt}$	20%
Warunki gwarancji [miesiące] Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: $\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie} / \text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert} * 30 \text{ pkt}$	30%
Warunki serwisu Zamawiający przyzna punkty wg skali punktowej od 1 do 10 zgodnie z zasadą 10 punktów dla najkorzystniejszych warunków serwisu 1 punkt dla najmniej korzystnych warunków serwisu	10%
Potencjał techniczny [ilość udokumentowanych realizacji podobnych zamówień] Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: $\text{Ilość realizacji z badanej oferty} / \text{największa ilość realizacji spośród ocenianych ofert} * 5 \text{ pkt}$	5%
Wiedza i doświadczenie [ilość referencji otrzymanych od firm działających na polskim rynku] Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: $\text{Ilość referencji z badanej oferty} / \text{największa ilość referencji spośród ocenianych ofert} * 5 \text{ pkt}$	5%

W ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. Jeśli jedno z kryteriów nie zostanie ujęte w ofercie, zostanie mu przyznane 0 pkt.

13. Zawarcie umowy.

Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Marcato Sp. z o.o. (www.marcato.com.pl) po zakończeniu postępowania.

14. Informacja dotycząca kontaktowania się z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Dostawcą w formie pisemnej, telefonicznej, faksem oraz pocztą elektroniczną. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Zamawiającego jest Sylwia Sędek:

s.sedek@marcato.com.pl

tel. +48 602 275 451

15. Informacje dodatkowe.

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

.....
(miejscowość, data)

.....
(Zatwierdził)